



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**
24.49.33.000.М.000656.10.15 01.10.2015 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) аппаратами рентгеновскими: дентальным Kodak 2200, зав. № XGXA393 и цифровым панорамным PaX-I 3D, зав. № 052-0911,

Kodak 2200 - аппарат рентгеновский дентальный
Производитель: Kodak-Trophy. Страна: Франция
Тип излучения - генерирующий (рентгеновское)
Виды работ: прицельная рентгенография зубов
Максимальное напряжение на аноде 60 кВ
Максимальный анодный ток 4 мА
Рабочая нагрузка до 40 (мА*мин.)

PaX-I 3D - аппарат рентгеновский цифровой панорамный
Производитель: VATECH Global. Страна: Южная Корея
Тип излучения - генерирующий (рентгеновское)
Виды работ: панорамная рентгенография зубов
Максимальное напряжение на аноде 70 кВ
Максимальный анодный ток 10 мА
Рабочая нагрузка до 40 (мА*мин.)



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

